

Datum 2017-09-25

Sida 1 (2)

Dnr LD17/03342

Svar på interpellation från Christina Bröms (C): Minskat lustgasspill gav motsatt effekt


I en interpellation ställer Christina Bröms (C) följande frågor:

Hur går det med installationen på Falu lasarett?

Vad gör ansvarig förvaltning för att samma problem inte ska uppstå på förlossningen på Falu lasarett?

SVAR

1. Enligt landstingets ansökan till Klimatklivet ska en destruktionsanläggning för lustgas vara i full drift senast den 28 februari 2018. Arbete med att ta fram en kravspecifikation för upphandling pågår. Planen är att en destruktionsanläggning ska vara installerad senast december 2017.
2. I samband med upphandling av lustgasdestruktionsanläggningarna till sjukhusen i Halmstad och Varberg upphandlades även nya andningsmasker. Problemen gällande inomhusmiljö som uppdagats vid sjukhusen i Halmstad och Varberg härrör till de nya andningsmaskerna. Landstinget Dalarna har en annan typ av andningsmasker och dessa kommer att vara oförändrade även efter installation av destruktionsanläggning.



Mursal Isa

Landstingsråd (MP)

